

Kat. č.: 10020296

Pro mikrobiologii

Souprava je určena pro stanovení citlivosti k antibiotikům bakterií čeledi *Enterobacteriaceae* na základě determinace MIC (minimální inhibiční koncentrace), tzn. nejnižší koncentrace, která zamezí viditelnému růstu bakterií. Obsahuje 10 stanovení.

Princípem testu je rehydratace antibiotik v jamkách pomocí Mueller Hinton II bujony a přidání bakteriální suspenze. Po 16 – 20 hodinové inkubaci jsou výsledky odečítány vizuálně nebo readrem. Tato souprava je určena pro testování citlivosti k antibiotikům určených pro léčbu závažných infekcí zejména u hospitalizovaných pacientů. Antibiotika pro méně vážné infekce jsou zahrnuta v soupravě MIC G-I.

Souprava obsahuje:

- 10 vyšetřovacích desek
- 1 víčko (nesterilní)
- 10 ks PE sáčků

Skladování a expirace soupravy:

Skladování je doporučeno při (+2 až +25) °C, expirace je vyznačena na obalu. Po vyndání z chladničky nechte destičky temperovat při pokojové teplotě minimálně po dobu 30 minut k zamezení kondenzace vody. Po otevření hliníkového obalu a sejmutí fólie nenechávejte již otevřené destičky bez ochrany. Vzdušná vlhkost ohrožuje funkčnost antibiotik!!!

Potřeby pro práci se soupravou, které nejsou součástí soupravy:

- Sterilní nepufrovaný fyziologický roztok
- Mueller Hinton bujon II adjustovaný na kationty (např. suspenzní médium MIC, Erba Lachema kat. č. 10020337)
- Etanol
- Sterilní zkumavky
- Inokulátor (Erba Lachema kat. č. 50004456)
- Sterilní Petriho misky
- Sterilní vaničky 60 ml (Erba Lachema kat. č. 50004457)
- Krokovací pipeta na 100 µl nebo multikanálová pipeta 100 µl
- Pipeta na 60-100 µl
- Densitometer (např. Densi-La-Meter II, Erba Lachema kat. č. 50001529)
- Inkubátor 35±2°C
- Běžné laboratorní vybavení (kličky, popisovače, kahan, atd.)

Upozornění: Souprava je určena pouze k profesionálnímu použití. Dodržujte zásady pro práci s infekčním materiálem!

Pracovní postup

Příprava bakteriální suspenze a inokulace:

A) Inokulace inokulátorem

- 1) Vyjměte destičku z hliníkového obalu a sejměte fólii. Označte destičku typem soupravy (G-II) a zaznamenejte číslo vyšetřované kultury. Rozpipetujte do všech jamek po 100 µl suspenzního média MIC.
- 2) Připravte zkumavku s 12 ml fyziologického roztoku. Přidejte 100 µl suspenzního média MIC ke snížení povrchového napětí inokula.
- 3) Z 18 – 24 hodinové kultury na krevním agaru seřete několik kolonií a připravte ve fyziologickém roztoku bakteriální suspenzi o denzitě 0,5 McFarland.
- 4) Tuto suspenzi vlijte do sterilní Petriho misky.
- 5) Inokulujte rozplněnou destičku pomocí sterilního inokulátoru: inokulátor smočte v Petriho misce s etanolem a ožehněte nad plamenem. Vychladlý inokulátor smočte v Petriho misce s bakteriální suspenzí. Přeneste inokulum do 1. poloviny destičky jemným kroužením v jamkách. Opět smočte inokulátor v Petriho misce s bakteriální suspenzí a opakujte inokulaci 2. poloviny destičky.

B) Inokulace pipetou

- 1) Připravte zkumavku s 2 ml fyziologického roztoku.
 - 2) Z 18 – 24 hodinové kultury na krevním agaru seřete několik kolonií a připravte ve fyziologickém roztoku bakteriální suspenzi o denzitě 0,5 McFarland.
 - 3) Přeneste 60 µl z bakteriální suspenze ve fyziologickém roztoku do zkumavky s 13 ml suspenzního média MIC a dobře homogenizujte.
 - 4) Vyjměte destičku ze sáčku a sejměte fólii. Označte destičku typem soupravy (G-II) a zaznamenejte číslo vyšetřované kultury.
- Rozplňte suspenzní médium MIC s inokulem po 100 µl do každé jamky.

Inkubace:

Nainokulovanou destičku vložte do PE sáčku, jehož okraje zahnete pod desku tak, aby nedocházelo k vysychání inokula.

Destičku vložte do termostatu 35±2 °C na 16-20 hod.

Výhodnocení:

Destičku vyjměte z PE sáčku. Pro odečítání nárůstu v jamkách zvolte způsob, který je pro Vás neoptimálnější:

- 1) Odečítejte proti šedému pozadí nebo proti tabulce destičky v návodu
- 2) Odečítejte proti přirozenému nebo umělému rozptýlenému světelnému zdroji.
- 3) Použití lupy není doporučováno.
- 4) Odečítejte s pomocí systému Mikrola (fotometry Lisascan EM nebo Multiskan EX ve spojení se softwarem MIKROB AUTOMAT)

Prosim věnujte pozornost:

V jamce s kontrolou růstu (K) musíte vidět nárůst! Jestliže nárůst není, test NELZE HODNOTIT! Jako MIC je hodnocena jamka s nejnižší koncentrací antibiotika, která zamezí okem viditelnému růstu bakterií. Odlište zrnění od případných bublin! Výsledky zaznamenejte.

Tab. 1: Rozložení antibiotik a jejich koncentračních řad v mg/l na destičce

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PIP	PIT	CTX	CAZ	CPZ	CPS	CEP	MER	ERT	TGC	NET	TOB
A	128	128/4	8	16	64	64/32	16	16	2	8	16	8
B	64	64/4	4	8	32	32/16	8	8	1	4	8	4
C	32	32/4	2	4	16	16/8	4	4	0,5	2	4	2
D	16	16/4	1	2	8	8/4	2	2	0,25	1	2	1
E	8	8/4	0,5	1	4	4/2	1	1	0,12	0,5	1	0,5
F	4	4/4	0,25	0,5	2	2/1	0,5	0,5	0,06	0,25	0,5	0,25
G	2	2/4	0,12	0,25	1	1/0,5	0,25	0,25	0,03	0,12	0,25	0,12
H	1	1/4	0,06	0,12	0,5	0,5/0,25	0,12	0,12	0,015	0,06	0,12	K

Tab 2: Klinické breakpointy MIC (mg/l) pro *Enterobacteriaceae*

Antibiotikum	Zkratka	EUCAST			CLSI		
		Citlivý S	Intermediární I	Rezistentní R	Citlivý S	Intermediární I	Rezistentní R
Piperacilin	PIP	≤8	16	≥32	≤16	32-64	≥128
Piperacilin / tazobaktam	PIT	≤8/4	16/4	≥32/4	≤16/4	32/4-64/4	≥128/4
Cefotaxim	CTX	≤1	2	≥4	≤1	2	≥4
Ceftazidim	CAZ	≤1	2-4	≥8	≤4	8	≥16
Cefoperazon	CPZ				≤16	32	≥64
Cefoperazon / sulbaktam	CPS						
Cefepim	CEP	≤1	2-4	≥8	≤2	4-8 (SDD)	≥16
Meropenem	MER	≤2	4-8	≥16	≤1	2	≥4
Ertapenem	ERT	≤0,5	1	≥2	≤0,5	1	≥2
Tigecyklin	TGC	≤1	2	≥4			
Netilmicin	NET	≤2	4	≥8	≤8	16	≥32
Tobramycin	TOB	≤2	4	≥8	≤4	8	≥16

Poznámky k interpretacím:

Dle stanovené MIC se testovaný kmen řadí do kategorie citlivý – intermediární - rezistentní k danému antibiotiku na základě interpretačních tabulek EUCAST (1) nebo dle CLSI dokumentu M100-S24 (2). Kategorie SDD je definována pro *Enterobacteriaceae* jako citlivý v závislosti na dávce (dávkováni vede ke zvýšené expozici cefepimem).

Rezistence k CTX a CAZ indikuje ESBL produkci. MER a ERT jsou doporučovány pro skrínig produkce karbapenemáz. Konfirmační testy se provádí dle doporučení EUCAST (3) nebo CLSI dokumentu M100-S24 (2).

V závislosti na národních nebo laboratorních standardech je nutné použít další interperatační kritéria, např. EUCAST Expert rules (4) nebo CLSI dokumenty M100-S24 (2) a M07-A9 (5). Při interpretaci výsledků je třeba zohlednit druhovou identifikaci kmene, původ vzorku, anamnézu pacienta, případně výsledky doplňujících testů.

Kontrola kvality:

Pro kontrolu kvality soupravy doporučujeme níže uvedené kontrolní kmeny. Při vyhodnocení výsledků testování kontrolními kmeny se řídte standardem EUCAST nebo CLSI.

CCM 3954 <i>Escherichia coli</i> (ATCC 25922) MIC (mg/l)												
PIP 1-4	PIT 1/4-4/4	CTX 0,03-0,12	CAZ 0,06-0,5	CPZ 0,12-0,5	CPS* 0,12-0,5	CEP 0,015-0,12	MER 0,008-0,06	ERT 0,004-0,015	TGC 0,03-0,25	NET ≤0,5-1	TOB 0,25-1	

CCM 3955 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (ATCC 27853) MIC (mg/l)												
PIP 1-8	PIT 1/4-8/4	CTX 8-32	CAZ 1-4	CPZ 2-8	CPS* 2-8	CEP 0,5-4	MER 0,25-1	ERT 2-8	TGC -	NET 0,5-8	TOB 0,25-1	

CCM 4225 <i>Escherichia coli</i> (ATCC 35218) MIC (mg/l)												
PIP > 64	PIT 0,5/4-2/4											

* pro toto ATB kontrolní hodnoty v EUCAST nebo CLSI nejsou uvedeny, hodnoty byly stanoveny interním testováním v Erba Lachema s.r.o.

ATCC – American Type Culture Collection

CCM – Česká sbírka mikroorganismů, Masarykova univerzita, přírodovědecká fakulta, Kamenice 5, budova A25, 625 00 Brno, Tel: 549 491 430, Fax: 549 498 289
http://www.sci.muni.cz/ccm, e-mail: ccm@sci.muni.cz

Ochrana zdraví:

Komponenty soupravy nejsou klasifikovány jako nebezpečné.

Likvidace použitého materiálu:

Po použití vložte destičku do nádoby pro infekční materiál a likvidujte dle vlastních interních předpisů, autoklávejte nebo zničte spálením.

Prázdné papírové obaly se předají do sběru k recyklaci.

Literatura:

- (1) The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoint tables for interpretation of MIC and zone diameters, version 4.0, 2014, <http://www.eucast.org>
- (2) CLSI: Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-Fourth Informational Supplement. CLSI dokument M100-S24. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2014.
- (3) EUCAST guidelines for detection of resistance mechanisms and specific resistances of clinical and/or epidemiological importance, Version 1.0, December 2013; <http://www.eucast.org>
- (4) EUCAST expert rules in antimicrobial susceptibility testing, Version 2.0 available from 29 Oct, 2011; <http://www.eucast.org>
- (5) CLSI: Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria That Grow Aerobically; Approved Standard-Ninth Edition. CLSI dokument M07-A9. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2012

Datum poslední revize: 8. 12. 2015

POUŽITÉ SYMBOLY

REF Katalogové číslo	Výrobce	Čtete návod k použití	LOT Číslo šarže	CE značka - vyhovuje směrnici 98/79/EC
Teplota skladování	Datum expirace	IVD In vitro Diagnostikum	CONT Obsah	

Cat. N.: 10020296

For microbiology

The kit is designed to test antimicrobial susceptibility of bacteria from *Enterobacteriaceae* family on the basis of determination MIC (minimal inhibitory concentration), i.e. the lowest concentration, which inhibits bacterial growth. The kit contains 10 examinations (plates). The test is based on the rehydration of antibiotics in the wells with Mueller Hinton II broth and addition of bacterial suspension. The results are read visually or by reader after 16-20 hours of incubation. This kit is designed to test susceptibility to antibiotics used in treatment of serious infections especially in hospitalized patients. Antibiotics for less serious infections are included in the kit MIC G-I.

The kit contains:

- 10 plates for examination
- A lid (non-sterile)
- 10 pc of PE bags

Storage and expiration of the kit:

It is recommended to store the kit at (+2 to +25) °C. The date of expiration is indicated on each package. Leave plate at room temperature at least for 30 minutes before you open it to avoid water condensation. After the aluminium package is opened, don't leave opened plates unprotected!!! Exposure to air humidity leads to antibiotic activity failure!!!

Material required to perform a test, not included in the kit:

- Sterile physiological solution (unbuffered)
- Mueller Hinton broth II cations adjusted (e.g. suspension medium MIC, Erba Lachema kat. č. 10020337)
- Ethanol
- Sterile tubes
- Inoculator (Erba Lachema Cat. N. 50004456)
- Sterile Petri dishes
- Sterile basins 60 ml (Erba Lachema Cat. N. 50004457)
- A stepper or multichannel pipette for dosage of 100 µl
- A pipette for dosage of 60-100 µl
- Densitometer (e.g. Densi-La-Meter II, Erba Lachema Cat. N. 50001529)
- Incubator 35±2 °C
- Regular microbiological laboratory equipment (loops, marker, burner, etc.)

Caution: The kit is for professional use only! Respect the rules for work with infectious material!

Instructions for Use

Preparation of bacterial suspension and inoculation (recommended procedure):

A) Inoculation with inoculator

- 1) Remove a plate from aluminium bag and remove aluminium cover. Mark the frame with a type of kit (G-II) to avoid mistake in reading results after incubation. Record number of examined strain on the plate. Fill 100 µl of suspension medium MIC into each well.
- 2) Prepare a tube with 12 ml of physiological solution. Add 100 µl of suspension medium MIC to decrease surface tension.
- 3) Remove few colonies from 18 – 24 hour culture on blood agar and prepare a bacterial suspension of density of 0.5 on McFarland scale in physiological solution.
- 4) Pour the bacterial suspension into a sterile Petri dish.
- 5) Use sterile inoculator to inoculate the plate: dip inoculator into Petri dish with ethanol and flame it. Dip the cooled inoculator into a Petri dish with prepared bacterial suspension. A thin film of bacterial suspension is adhered to metal spikes of inoculator. Transfer inoculum to the first half of the plate by dipping into wells and careful mixing. Make a new dip into the Petri dish with prepared bacterial inoculum and inoculate the second half of the plate.

B) Inoculation with pipette

- 1) Prepare a tube with 2 ml of physiological solution.
- 2) Remove few colonies from 18 – 24 hour culture on blood agar and prepare a bacterial suspension of density of 0.5 on McFarland scale in physiological solution.
- 3) Place 60 µl of bacterial suspension into a tube with 13 ml of suspension medium MIC, homogenise well.
- 4) Remove a plate from aluminium bag and remove aluminium cover from the plate. Mark the frame with a type of kit (G-II) to avoid mistake in reading results after incubation. Record number of the examined strain on the plate.
- 5) Inoculate each well of the plate with 100 µl of bacterial suspension prepared in suspension medium MIC.

Incubation:

Insert the inoculated plate into a PE bag. Fold the open end of the bag under the plate to prevent evaporation during the incubation. Incubate the plate at 35±2 °C for 16 – 20 hours.

Evaluation:

Remove the plate from the PE bag. To read the growth in the microwells, choose a way which is the most convenient for you:

- 1) Read against a grey background or against plate layout in instructions
- 2) Read against natural or artificial dispersed light.
- 3) Usage of magnifying glass is not recommended.
- 4) Evaluate test using system Mikrola (photometers Lisascan EM or Multiskan EX in connection with software MIKROB AUTOMAT)

Please read with attention!

You must see a growth in the control well (K)! If the growth is not present, the test MUST NOT be evaluated! The MIC is the lowest concentration of antibiotic in a well where no visible growth of the organism is observed. Beware to differentiate grains of growth from media bubbles. Record the results.

Tab. 1: Plate layout: antibiotics dilution series (in mg/l)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PIP	PIT	CTX	CAZ	CPZ	CPS	CEP	MER	ERT	TGC	NET	TOB
A	128	128/4	8	16	64	64/32	16	16	2	8	16	8
B	64	64/4	4	8	32	32/16	8	8	1	4	8	4
C	32	32/4	2	4	16	16/8	4	4	0.5	2	4	2
D	16	16/4	1	2	8	8/4	2	2	0.25	1	2	1
E	8	8/4	0.5	1	4	4/2	1	1	0.12	0.5	1	0.5
F	4	4/4	0.25	0.5	2	2/1	0.5	0.5	0.06	0.25	0.5	0.25
G	2	2/4	0.12	0.25	1	1/0.5	0.25	0.25	0.03	0.12	0.25	0.12
H	1	1/4	0.06	0.12	0.5	0.5/0.25	0.12	0.12	0.015	0.06	0.12	K

Tab 2: Clinical MIC breakpoints (in mg/l) for *Enterobacteriaceae*

Antibiotics	Abbr.	EUCAST			CLSI		
		Sensitive S	Inter-mediate I	Resistant R	Sensitive S	Inter-mediate I	Resistant R
Piperacillin	PIP	≤8	16	≥32	≤16	32-64	≥128
Piperacillin / tazobactam	PIT	≤8/4	16/4	≥32/4	≤16/4	32/4-64/4	≥128/4
Cefotaxime	CTX	≤1	2	≥4	≤1	2	≥4
Ceftazidime	CAZ	≤1	2-4	≥8	≤4	8	≥16
Cefoperazone	CPZ				≤16	32	≥64
Cefoperazone / sulbactam	CPS						
Cefepime	CEP	≤1	2-4	≥8	≤2	4-8 (SDD)	≥16
Meropenem	MER	≤2	4-8	≥16	≤1	2	≥4
Ertapenem	ERT	≤0.5	1	≥2	≤0.5	1	≥2
Tigecycline	TGC	≤1	2	≥4			
Netilmicin	NET	≤2	4	≥8	≤8	16	≥32
Tobramycin	TOB	≤2	4	≥8	≤4	8	≥16

Interpretation:

The tested strain is categorised as sensitive-intermediate-resistant to a particular antibiotic on the basis of MIC determination. This categorisation is based on EUCAST: Breakpoint Tables (1) or according to CLSI document M100-S24 (2).

Resistance to CTX and CAZ indicates ESBL production. MER and ERT are recommended to screen for carbapenemases production. Confirmation tests are recommended according to EUCAST guidelines (3) or CLSI document M100-S24 (2).

Other interpretative criteria have to be used depending on national and laboratory standards, e.g. EUCAST Expert rules (4) or CLSI documents M100-S24 (2) and M07-A9 (5). It is necessary to take into consideration following parameters when interpreting results: species identification, sample origin, patient case history, or results of additional tests.

Quality control:

We recommend following control strains for internal testing of functionality of the antibiotics in the laboratory. Follow EUCAST or CLSI standards when evaluating results.

CCM 3954 <i>Escherichia coli</i> (ATCC 25922) MIC (mg/l)											
PIP 1-4	PIT 1/4-4/4	CTX 0.03-0.12	CAZ 0.06-0.5	CPZ 0.12-0.5	CPS* 0.12-0.5	CEP 0.015-0.12	MER 0.008-0.06	ERT 0.004-0.015	TGC 0.03-0.25	NET ≤0.5-1	TOB 0.25-1

CCM 3955 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (ATCC 27853) MIC (mg/l)											
PIP 1-8	PIT 1/4-8/4	CTX 8-32	CAZ 1-4	CPZ 2-8	CPS* 2-8	CEP 0.5-4	MER 0.25-1	ERT 2-8	TGC -	NET 0.5-8	TOB 0.25-1

CCM 4225 <i>Escherichia coli</i> (ATCC 35218) MIC (mg/l)											
PIP > 64	PIT 0.5/4-2/4										

* No EUCAST or CLSI control values, the values were set internally in Erba Lachema s.r.o

ATCC – American Type Culture Collection

CCM – Czech Collection of Microorganisms, Masaryk University, Faculty of Science, Kamenice 5, building A25, 625 00 Brno, CZ
Tel. +420 549 491 430, Fax +420 549 498 289, <http://www.sci.muni.cz/ccm>, e-mail: ccm@sci.muni.cz

Health protection:

Components of the kit are not classified as dangerous.

Disposal of the used material:

Insert the used plate into the vessel intended for the infectious material and autoclave or destroy it by incineration.

Put paper packaging waste to recycling.

Literature:

- (1) The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoint tables for interpretation of MIC and zone diameters, version 4.0, 2014, <http://www.eucast.org>
- (2) CLSI: Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-Fourth Informational Supplement. CLSI dokument M100-S24. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2014.
- (3) EUCAST guidelines for detection of resistance mechanisms and specific resistances of clinical and/or epidemiological importance, Version 1.0, December 2013; <http://www.eucast.org>
- (4) EUCAST expert rules in antimicrobial susceptibility testing, Version 2.0 available from 29 Oct, 2011; <http://www.eucast.org>
- (5) CLSI: Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria That Grow Aerobically; Approved Standard-Ninth Edition. CLSI dokument M07-A9. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2012

Date of last revision: 8. 12. 2015

USED SYMBOLS

REF Catalogue Number	Manufacturer	See Instruction for Use	LOT Lot Number	CE Mark - Device comply with the Directive 98/79/EC
Storage Temperature	Expiry date	In vitro Diagnostics	Content	

Nr kat. 10020296

Do celów mikrobiologicznych

Zestaw przeznaczony jest do oznaczenia wrażliwości na antybiotyki bakterii z rodziny *Enterobacteriaceae* na podstawie określenia MIC (minimalnego stężenia hamującego), tzn. najniższego stężenia, które zahamuje widoczny wzrost bakterii. Zestaw umożliwia przeprowadzenie 10 badań. Test oparty jest na zasadzie ponownego nawodnienia antybiotyków w studzienkach za pomocą Mueller Hinton II bulionu i dodaniu zawiesiny bakterii. Po 16-20 godzinach inkubacji wyniki odczytywane są wizualnie lub za pomocą czytnika. Zestaw ten zawiera antybiotyki przeznaczone do leczenia poważnych zakażeń, przede wszystkim w przypadku pacjentów hospitalizowanych. Antybiotyki podstawowe, przeznaczone do mniej poważnych stanów, znajdują się w zestawie MIC G-I.

Zestaw zawiera:

- 10 płytek testowych
- 1 niesterylna pokrywa
- 10 szt. PE torebek

Przechowywanie i data ważności zestawu:

Zestaw zaleca się przechowywać w temperaturze +2 do +25 °C. Termin ważności podany jest na każdym opakowaniu. Po wyjęciu z lodówki należy płytki pozostawić w temperaturze pokojowej przez co najmniej 30 minut, w celu ograniczenia skraplania wody, żeby doprowadzić ich do temp. pokojowej. Po otwarciu aluminiowego opakowania i zdjęciu folii nie należy pozostawiać raz otwartą płytkę bez ochrony. Wilgoć w powietrzu zagraża funkcyjności antybiotyków !!!

Materiały potrzebne do pracy z zestawem, które nie wchodzi w skład zestawu:

- Roztwór sterylnej soli fizjologicznej (niebuforowanej)
- Mueller Hinton bulion II dostosowany do kationów (np. Nośnik zawiesiny MIC, Erba Lachema nr kat. 10020337)
- Etanol
- Probówki sterylne
- Inokulator (Erba Lachema nr kat. 50004456)
- Sterylne płytki Petriego
- Sterylne wianki 60 ml (Erba Lachema nr kat. 50004457)
- Pipeta (dozator) na 100 µl lub wielokanałowa pipeta 100 µl
- Pipeta na 60-100 µl
- Densytmierz (np. Densi-La-Meter II ERBA Lachema nr kat. 50001529)
- Ciepłarnia 35±2 °C
- Podstawowe wyposażenie laboratoryjne (ezy, markery, palnik, itd.)

Ostrzeżenie: Zestaw przeznaczony jest wyłącznie do profesjonalnego zastosowania. Należy przestrzegać zasad pracy z materiałem zakaźnym !

Przygotowanie zawiesiny bakteryjnej oraz inokulacja:

Sposób postępowania

A) Inokulacja za pośrednictwem inokulatora

- 1) Wyjąć płytkę z aluminiowego opakowania i zdjąć ochronną folię aluminiową z płytki (tuż przed rozpoczęciem inokulacji). Oznaczyć płytkę rodzajem zestawu (G-II), opisać numery badanych kultur. Pipetować do wszystkich studzienek po 100 µl nośnika zawiesiny MIC.
- 2) Przygotować probówkę z 12 ml sterylnej soli fizjologicznej (niebuforowanej). Podczas inokulacji dodać 100 µl nośnika zawiesiny MIC, żeby zmniejszyć napięcie powierzchniowe inokulum.
- 3) Z 18 – 24 godzinnej kultury na agarze krwawym pobrać kilka kolumn i przygotować w roztworze soli fizjologicznej zawiesinę bakteryjną o gęstości 0,5 McFarland.
- 4) Tak przygotowaną zawiesinę wlać na sterylną płytkę Petriego.
- 5) Inokulować napełnioną płytkę za pomocą sterylnej inokulatora: inokulator nawilżyć w płycie Petriego z etanolem i wyżarzyć nad płomieniem. Ostygły inokulator nawilżyć w płycie Petriego z zawiesiną bakteryjną. Przenieść inokulum do pierwszej połowy płytki delikatnym krążeniem inokulatora w studzienkach. Ponownie nawilżyć inokulator w płycie Petriego i powtórzyć inokulację drugiej połowy płytki.

B) Inokulacja za pośrednictwem pipety

- 1) Przygotować probówkę z 2 ml sterylnej soli fizjologicznej (niebuforowanej).
- 2) Z 18 – 24 godzinnej kultury na agarze krwawym pobrać kilka kolumn i przygotować w roztworze soli fizjologicznej zawiesinę bakteryjną o gęstości 0,5 McFarland.
- 3) Przenieść 60 µl z zawiesiny bakteryjnej w roztworze soli fizjologicznej do probówki z 13ml nośnika zawiesiny MIC i dokładnie zhomogenizować.
- 4) Wyjąć płytkę z aluminiowego opakowania i zdjąć ochronną folię aluminiową z płytki (tuż przed rozpoczęciem inokulacji). Oznaczyć płytkę rodzajem zestawu (G-II), opisać numery badanych kultur. Pipetować do wszystkich studzienek po 100 µl nośnika zawiesiny MIC z inokulum.

Inkubacja:

Płytkę po inokulacji włożyć do PE torebki, zagiąć otwarty brzeg torebki pod płytkę, aby zapobiec wysychaniu inokulum.

Płytkę włożyć do ciepłarni w temp. 35±2 °C na 16 – 20 godz.

Ocena:

Płytkę wyjąć z torebki PE. Dla odczytu wzrostu w studzienkach należy wybrać najbardziej optymalny dla siebie sposób:

1/ odczytać za pomocą automatycznego systemu MIKROLA (fotometrów Lisascan EM, Multiskan EX w połączeniu z programem MIKROB AUTOMAT)

2/ odczytać wizualnie na szarym tle lub na tle tabelki płytki w instrukcji obsługi

3/ odczytać wizualnie na tle naturalnego lub sztucznego rozproszonego źródła światła

4/ użycie lupy nie zaleca się

Prosimy o zwrócenie uwagi:

W studzience z kontrolą wzrostu powinien być wzrost !!! Jeżeli nie ma wzrostu, test NIE MOŻNA OCENIAĆ !

Jako MIC ocenia się studzienkę z najniższym stężeniem antybiotyku, która zahamuje okiem widoczny wzrost bakterii. Należy odróżnić ziarnistość od ewentualnych pęcherzyków powietrza ! Wyniki wpisać do formularza.

UWAGA: dla użytkowników systemu Mikrola wraz z programem MIKROB ocenę studzienki kontroli wzrostu przeprowadza program MIKROB automatycznie na podstawie odczytu za pomocą czytnika.

Tab. 1: Rozkład antybiotyków i ich stężeń na płytce w mg/l

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PIP	PIT	CTX	CAZ	CPZ	CPS	CEP	MER	ERT	TGC	NET	TOB
A	128	128/4	8	16	64	64/32	16	16	2	8	16	8
B	64	64/4	4	8	32	32/16	8	8	1	4	8	4
C	32	32/4	2	4	16	16/8	4	4	0,5	2	4	2
D	16	16/4	1	2	8	8/4	2	2	0,25	1	2	1
E	8	8/4	0,5	1	4	4/2	1	1	0,12	0,5	1	0,5
F	4	4/4	0,25	0,5	2	2/1	0,5	0,5	0,06	0,25	0,5	0,25
G	2	2/4	0,12	0,25	1	1/0,5	0,25	0,25	0,03	0,12	0,25	0,12
H	1	1/4	0,06	0,12	0,5	0,5/0,25	0,12	0,12	0,015	0,06	0,12	kontrola wzrostu

Tab 2: Numeryczne wyrażenie MIC (mg/l) dla *Enterobacteriaceae*

Antybiotyk	Skrót	EUCAST			CLSI		
		Wrażliwy S	Średnio-wrażliwy I	Oporny R	Wrażliwy S	Średnio-wrażliwy I	Oporny R
Piperacylina	PIP	≤8	16	≥32	≤16	32-64	≥128
Piperacylina/tazobaktam	PIT	≤8/4	16/4	≥32/4	≤16/4	32/4-64/4	≥128/4
Cefotaksym	CTX	≤1	2	≥4	≤1	2	≥4
Ceftazydym	CAZ	≤1	2-4	≥8	≤4	8	≥16
Cefoperazon	CPZ				≤16	32	≥64
Cefoperazon/subbaktam	CPS						
Cefepim	CEP	≤1	2-4	≥8	≤2	4-8 (SDD)	≥16
Meropenem	MER	≤2	4-8	≥16	≤1	2	≥4
Ertapenem	ERT	≤0,5	1	≥2	≤0,5	1	≥2
Tigecyklina	TGC	≤1	2	≥4			
Netylmocyna	NET	≤2	4	≥8	≤8	16	≥32
Tobramycyna	TOB	≤2	4	≥8	≤4	8	≥16

Uwagi do interpretacji:

Wg oznaczonego MIC badany szczep przyporządkowany jest do kategorii wrażliwy – średniowrażliwy – oporny na dany antybiotyk na podstawie tabeli interpretacyjnych EUCAST (1) lub na podstawie dokumentu CLSI M100-S24 (2). Kategorię SDD ustalono dla *Enterobacteriaceae* jako wrażliwy w zależności od stężenia (dozowanie prowadzi do zwiększonej ekspozycji na cefepim).

Oporność na CTX i CAZ wskazuje na wytwarzanie ESBL. MER i ERT zalecane są dla przesiewowego badania do sprawdzenia wytwarzania karbapenemaz. Testy potwierdzające przeprowadza się według zalecenia EUCAST (3) lub dokumentu CLSI M100-S24 (2).

W zależności od krajowych lub laboratoryjnych standardów można użyć kolejne kryteria interpretacyjne, np. EUCAST Expert rules (4) lub dokument CLSI M100-S24 (2) i M07-A9 (5). Podczas interpretacji wyników należy wziąć pod uwagę identyfikację szczepu do gatunku, pochodzenie próbki i wywiad chorobowy pacjenta; ewentualnie wyniki testów uzupełniających.

Kontrola jakości:

Dla kontroli jakości zestawu zalecamy poniżej wymienione szczepy kontrolne. Podczas oceny wyników testowania szczepami kontrolnymi należy kierować się standardem EUCAST lub CLSI.

CCM 3954 <i>Escherichia coli</i> (ATCC 25922) MIC (mg/l)												
PIP 1-4	PIT 1/4-4/4	CTX 0,03-0,12	CAZ 0,06-0,5	CPZ 0,12-0,5	CPS* 0,12-0,5	CEP 0,015-0,12	MER 0,008-0,06	ERT 0,004-0,015	TGC 0,03-0,25	NET ≤0,5-1	TOB 0,25-1	

CCM 3955 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (ATCC 27853) MIC (mg/l)												
PIP 1-8	PIT 1/4-8/4	CTX 8-32	CAZ 1-4	CPZ 2-8	CPS* 2-8	CEP 0,5-4	MER 0,25-1	ERT 2-8	TGC -	NET 0,5-8	TOB 0,25-1	

CCM 4225 <i>Escherichia coli</i> (ATCC 35218) MIC (mg/l)												
PIP > 64	PIT 0,5/4-2/4											

* dla tego ATB wartości kontrolne w EUCAST lub CLSI nie są wymienione, wartości zostały oznaczone podczas wewnętrznego testowania w Erba Lachema s.r.o.

ATCC – American Type Culture Collection

CCM – Czeska Kolekcja Mikroorganizmów, Uniwersytet Masaryka, Wydział Przyrodniczy (přirodovědecká fakulta), Kamenice 5, budynek A25, 625 00 Brno, CZ

Tel: +420 549 491 430, Faks: +420 549 498 289, <http://www.sci.muni.cz/ccm>, e-mail: ccm@sci.muni.cz

Ochrona zdrowia:

Odczynnik zestawu nie są klasyfikowane jako niebezpieczne.

Likwidacja zużytego materiału:

Po zużyciu wszystkie płytki należy włożyć do pojemnika dla materiałów zakaźnych i likwidować wg własnych wewnętrznych przepisów, autoklawować lub spalić.

Puste papierowe opakowania należy przekazać do recyklingu.

Literatura:

(1) The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoint tables for interpretation of MIC and zone diameters, version 4.0, 2014, <http://www.eucast.org>

(2) CLSI: Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-Fourth Informational Supplement. CLSI dokument M100-S24. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2014.


(3) EUCAST guidelines for detection of resistance mechanisms and specific resistances of clinical and/or epidemiological importance, Version 1.0, December 2013; <http://www.eucast.org>

(4) EUCAST expert rules in antimicrobial susceptibility testing, Version 2.0 available from 29 Oct, 2011; <http://www.eucast.org>

(5) CLSI: Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria That Grow Aerobically; Approved Standard-Ninth Edition. CLSI dokument M07-A9. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2012

Data ostatniej rewizji: 8.12. 2015

UŻYTE SYMBOLE


 Numer Katalogowy

 Producent


 Patrz: Instrukcja Użycia


 Numer Partii

 Urządzenie zgodne z Dyrektywą 98/79/EC

 Temperatury Graniczne

 Termin Ważności

 Urządzenie Diagnostyczne in Vitro

 Zawartość

Номер в каталоге № 10020296

Для микробиологических исследований

Набор предназначен для определения чувствительности бактерий сем. *Enterobacteriaceae* к антибактериальным препаратам на основании определения МПК (минимальной подавляющей концентрации), т. е. наименьшей концентрации, которая подавляет бактериальный рост. Упаковка рассчитана на определение чувствительности 10 бактериальных культур (10 планшетов). Методика основана на регидратации антибиотика в лунках планшета с помощью бульона Мюллер-Хинтон II и внесении в лунки планшета бактериальной культуры. Результаты определения чувствительности учитывают визуально или с использованием автоматического анализатора-ридера через 16 – 20 часов инкубации. Этот набор предназначен для определения чувствительности в отношении антибиотиков, используемых для лечения тяжелых жизнеугрожающих инфекций, в особенности, у госпитализированных пациентов. Антибиотики для менее серьезных инфекций включены в состав планшета MIC G-I.

Упаковка содержит:

- 10 планшетов для определения чувствительности
- Крышку (не стерильная)
- 10 шт. полиэтиленовых пакетиков

Хранение и срок годности:

Рекомендуется хранить упаковку при температуре от (+2 - +25) °С. Срок годности указан на индивидуальной алюминиевой упаковке каждого планшета.

Внимание! Попадание в лунки планшета влаги воздуха или конденсата может привести к потере активности антибиотиков и ложным результатам теста!!!

Для предотвращения попадания конденсата в лунки планшета необходимо вскрывать индивидуальную упаковку спустя не менее 30 минут её пребывания при комнатной температуре!

- После вскрытия индивидуальной алюминиевой упаковки не оставлять планшет открытым для предотвращения увлажнения и контаминации лунок!

Расходные материалы необходимые для выполнения исследования, не включенные в упаковку:

- Стерильный физиологический раствор (небуферизованный)
- Мюллер-Хинтона бульон II с регулируемым катионным составом (например: суспензионная среда MIC, Erba Lachema, номер в каталоге № 10020337)
- Этанол
- Стерильные пробирки
- Инокулятор (Erba Lachema, номер в каталоге № 50004456)
- Стерильные чашки Петри
- Стерильные ёмкости 60 мл (Erba Lachema, номер в каталоге № 50004457)
- Степпер или многоканальная пипетка до 100 мкл
- Пипетка с диапазоном дозирования 60 – 100 мкл
- Денситометр (напр.: Денси-Ла-Метр II, Erba Lachema номер в каталоге № 50001529)
- Термостат, 35±2 °С
- Стандартное оснащение бактериологической лаборатории (петли, маркер, горелка и т. д.)

Внимание: набор предназначен только для профессионального использования! Соблюдайте правила работы с инфицированным материалом!

Инструкция по применению

Приготовление бактериальной суспензии и инокуляция (рекомендации по процедуре):

А. Инокуляция планшета с использованием инокулятора:

- 1) Достаньте планшет из индивидуальной алюминиевой упаковки и удалите алюминиевое покрытие с поверхности. Нанесите маркировку о типе планшета (напр.: G-II) на рамку для предотвращения ошибок при учёте результатов после инкубации. Запишите на планшете номер исследуемой бактериальной культуры. Внесите по 100 мкл суспензионной среды в каждую лунку планшета.
- 2) Подготовьте пробирку с 12 мл физиологического раствора. Добавьте 100 мкл суспензионной среды MIC для уменьшения поверхностного натяжения.
- 3) Приготовьте бактериальную суспензию с мутностью 0,5 по МакФарланду из нескольких колоний чистой 18-24 часовой культуры, выращенной на кровяном агаре. Более высокая плотность бактериальной суспензии является меньшей ошибкой, чем недостаточная (менее 0,5 по МакФарланду) плотность.
- 4) Перенесите бактериальную суспензию в стерильную чашку Петри.
- 5) Используйте стерильный инокулятор для инокуляции в планшет: погрузите инокулятор в чашку Петри с этанолом и обожгите в племени горелки. Затем охладите инокулятор. Погрузите инокулятор в чашку Петри с бактериальной суспензией. Тонкая плёночка бактериальной суспензии адгезируется на поверхности металлических игл инокулятора. Перенесите инокулом на половину планшета с уже добавленной суспензионной средой, погрузите иглы в лунки и аккуратно смешайте. Выполните такую же процедуру для второй половины планшета.

В. Инокуляция планшета с использованием пипетки:

- 1) Подготовьте пробирку с 2 мл физиологического раствора.
- 2) Приготовьте бактериальную суспензию с мутностью 0,5 по МакФарланду из нескольких колоний чистой 18-24 часовой культуры, выращенной на кровяном агаре.
- 3) Поместите 60 мкл бактериальной суспензии в пробирку с 13 мл суспензионной среды MIC, тщательно перемешайте.
- 4) Достаньте планшет из индивидуальной алюминиевой упаковки и удалите алюминиевое покрытие с поверхности. Нанесите маркировку о типе планшета (напр.: G-I) на рамку для предотвращения ошибок при учёте результатов после инкубации. Запишите на планшете номер исследуемой бактериальной культуры. Инокулируйте в каждую лунку планшета по 100 мкл бактериальной суспензии, приготовленной в суспензионной среде MIC.

Инокуляция: Поместите планшет с внесённой в него бактериальной суспензией в полиэтиленовый пакетик. Подогните открытый край пакета под планшет для предотвращения испарения во время инкубации. Инкубируйте планшет в термостате при 35±2 °С 16 – 20 часов.

Учет результатов: Достаньте планшет из полиэтиленового пакетика. Для учёта результатов роста в микролунках выберите наиболее подходящий для Вас способ:

- 1) Учитывайте результат на темном фоне или используйте для этого макет планшета, напечатанный в инструкции.
- 2) Учитывайте результаты в проходящих лучах естественного или искусственного освещения.
- 3) Использование увеличительного стекла (лупы) не рекомендуется.
- 4) Используйте автоматизированные системы учёта результатов (фотометры LisaScan EM или Multiskan EX в комплекте с программным обеспечением МИКРОБ АВТОМАТ)

ВНИМАНИЕ: Наличие роста в контрольной лунке (К) является необходимым условием для интерпретации результатов определения чувствительности! Если рост в контрольной лунке отсутствует, то результаты теста не могут быть интерпретированы!

МПК считается та наименьшая концентрация антибиотика, при которой в лунке отсутствует видимый рост бактериальной культуры. Исключением является тестирование. Будьте внимательны при оценке результатов: различайте зернистый рост бактериальной культуры и пузырьки суспензионной среды. Запишите результаты.

Таблица 1: Макет планшета: серийные разведения антибиотиков (мг/л)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PIP	PIT	CTX	CAZ	CPZ	CPS	CEP	MER	ERT	TGC	NET	TOB
A	128	128/4	8	16	64	64/32	16	16	2	8	16	8
B	64	64/4	4	8	32	32/16	8	8	1	4	8	4
C	32	32/4	2	4	16	16/8	4	4	0,5	2	4	2
D	16	16/4	1	2	8	8/4	2	2	0,25	1	2	1
E	8	8/4	0,5	1	4	4/2	1	1	0,12	0,5	1	0,5
F	4	4/4	0,25	0,5	2	2/1	0,5	0,5	0,06	0,25	0,5	0,25
G	2	2/4	0,12	0,25	1	1/0,5	0,25	0,25	0,03	0,12	0,25	0,12
H	1	1/4	0,06	0,12	0,5	0,5/0,25	0,12	0,12	0,015	0,06	0,12	K

Таблица 2: Клинические критерии оценки МПК (мг/л) для *Enterobacteriaceae*

Антибиотики	Аббр.	EUCAST			CLSI		
		Чувствительный S	Умеренно-резистентный I	Резистентный R	Чувствительный S	Умеренно-резистентный I	Резистентный R
Piperacillin	PIP	≤8	16	≥32	≤16	32-64	≥128
Piperacillin / tazobactam	PIT	≤8/4	16/4	≥32/4	≤16/4	32/4-64/4	≥128/4
Cefotaxime	CTX	≤1	2	≥4	≤1	2	≥4
Ceftazidime	CAZ	≤1	2-4	≥8	≤4	8	≥16
Cefoperazone	CPZ				≤16	32	≥64
Cefoperazone / sulbactam	CPS						
Cefepime	CEP	≤1	2-4	≥8	≤2	4-8 (SDD)	≥16
Meropenem	MER	≤2	4-8	≥16	≤1	2	≥4
Ertapenem	ERT	≤0,5	1	≥2	≤0,5	1	≥2
Tigecycline	TGC	≤1	2	≥4			
Netilmicin	NET	≤2	4	≥8	≤8	16	≥32
Tobramycin	TOB	≤2	4	≥8	≤4	8	≥16

Интерпретация результатов:

Все изучаемые бактериальные культуры по отношению к тестируемым антибиотикам разделяют на категории Чувствительный (S), Умеренно-резистентный (I), Резистентный (R) на основании данных о МПК. Разделение на категории базируются на критериях EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing – Европейский комитет по тестированию антимикробной чувствительности): Таблица пограничных значений для интерпретации данных МПК и диаметров зон (1) или CLSI документа M100-S24 (2).

Резистентность к цефотаксиму и цефтазидиму указывает на продукцию бета-лактамаз расширенного спектра (ESBL/БЛРС). Меропенем и эртапенем рекомендованы для скрининга продукции карбапенемаз. Тесты для подтверждения рекомендуется выполнять согласно EUCAST-руководству по определению механизмов резистентности, их клинического и эпидемиологического значения (3) или CLSI документ M100-S24 (2).

Другие критерии интерпретации должны быть основаны на национальных и лабораторных стандартах, например: EUCAST Expert rules (4); CLSI Performance standards for antimicrobial susceptibility testing CLSI M100-S24 (2) и M07-A9 (5). При необходимости следует принять во внимание при интерпретации результатов следующие параметры: вид бактерий, тип биоматериала, особенности анамнеза пациента, а также результаты дополнительных исследований.

Контроль качества:

Для внутреннего лабораторного контроля качества рекомендуются следующие штаммы (см. табл.). При оценке результатов используйте стандарты EUCAST или CLSI.

CCM 3954 <i>Escherichia coli</i> (ATCC 25922) МПК (мг/л)											
PIP 1-4	PIT 1/4-4/4	CTX 0,03-0,12	CAZ 0,06-0,5	CPZ 0,12-0,5	CPS* 0,12-0,5	CEP 0,015-0,12	MER 0,008-0,06	ERT 0,004-0,015	TGC 0,03-0,25	NET ≤0,5-1	TOB 0,25-1
CCM 3955 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (ATCC 27853) МПК (мг/л)											
PIP 1-8	PIT 1/4-8/4	CTX 8-32	CAZ 1-4	CPZ 2-8	CPS* 2-8	CEP 0,5-4	MER 0,25-1	ERT 2-8	TGC -	NET 0,5-8	TOB 0,25-1
CCM 4225 <i>Escherichia coli</i> (ATCC 35218) МПК (мг/л)											
PIP > 64	PIT 0,5/4-2/4										

* В стандартах EUCAST или CLSI нет данных для контрольных штаммов, приведены данные для контрольных штаммов, используемые в Erba Lachema s.r.o.

CCM – Czech Collection of Microorganisms / Чешская Коллекция Микробов, Masaryk University, Faculty of Science, Kamenice 5, building A25, 625 00 Brno, CZ.

Tel. +420 549 491 430, Fax +420 549 498 289, <http://www.sci.muni.cz/ccm>, e-mail: ccm@sci.muni.cz

ГИСК, Государственный НИИ стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов им. Л. А. Тарасевича, г. Москва, телефон 8 (499) 241-31-19

Охрана здоровья:

Набор реагентов не относится к категории опасных.

Утилизация использованного материала:

Использованный планшет поместите в ёмкость для сбора инфицированных отходов и дезинфицируйте автоклавированием или путем сжигания.

Бумажную упаковку сдайте в макулатуру.

Литература:

(1) The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoint tables for interpretation of MIC and zone diameters, version 4.0, 2014, <http://www.eucast.org>

(2) CLSI: Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-Fourth Informational Supplement. CLSI document M100-S24. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2014.

(3) EUCAST guidelines for detection of resistance mechanisms and specific resistances of clinical and/or epidemiological importance, Version 1.0, December 2013; <http://www.eucast.org>

(4) EUCAST expert rules in antimicrobial susceptibility testing, Version 2.0 available from 29 Oct. 2011; <http://www.eucast.org>

(5) CLSI: Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria That Grow Aerobically; Approved Standard-Ninth Edition. CLSI document M07-A9. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2012

Дата последнего обновления: 8.12. 2015

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

Номер каталога

Производитель

Перед использованием внимательно изучайте инструкцию

Номер партии

Знак CE - соответствие Директиве 98/79/ЕС

Температура хранения

Срок годности

Ин витро диагностика

Содержание

Национальный знак соответствия для Украины

Kat. č.: 10020296
Pre mikrobiológu

Súprava je určená na stanovenie citlivosti k antibiotikám baktérií čeľadi *Enterobacteriaceae* na základe determinácie MIC (minimálna inhibičná koncentrácia), tzn. najnižšej koncentrácie, ktorá zabráni viditeľnému rastu baktérií. Obsahuje 10 stanovení.

Princípom testu je rehydratácia antibiotík v jamkách pomocou Mueller Hinton II bujonu a prídania bakteriálnej suspenzie. Po 16 – 20 hodinovej inkubácii sú výsledky odčítané vizuálne alebo readrom. Táto súprava je určená na testovanie citlivosti k antibiotikám určených na liečbu závažných infekcií hlavne u hospitalizovaných pacientov. Antibiotiká na menej vážne infekcie sú zahrnutá v súprave MIC G-I.

Súprava obsahuje:

- 10 vyšetrovacích doštičiek
- 1 viečko
- 10 ks PE sáčkov

Skladovanie a expirácia súpravy:

Skladovanie sa doporučuje pri (+2 až +25) °C, expirácia je vyznačená na obale. Po vybraní z chladničky nechajte doštičky temperovať pri izbovej teplote minimálne po dobu 30 minút, aby sa zamedzilo kondenzácii vody. Po otvorení hliníkového obalu a odstránení fólie nenechávajte už otvorené doštičky bez ochrany. Vzdušná vlhkosť ohrozuje funkčnosť antibiotík !!!

Potreby pre prácu so súpravou, ktoré nie sú súčasťou súpravy:

- Sterilný nepufrovaný fyziologický roztok
- Mueller Hinton bujon II adjustovaný na kationy (napr. suspenzné médium MIC, Erba Lachema kat. č. 10020337)
- Etanol
- Sterilné skúmavky
- Inokulátor (Erba Lachema, kat. č. 50004456)
- Sterilné Petriho misky
- Sterilné vaničky 60 ml (Erba Lachema, kat. č. 50004457)
- Krokovacia pipeta na 100 µl alebo multikanálová pipeta 100 µl
- Pipeta na 60 -100 µl
- Densitometer (napr. Densi-La-Meter II, Erba Lachema) kat. č. 50001529)
- Inkubátor 35±2 °C
- Bežné laboratórne vybavenie (kľučky, popisovače, kahan, atd.)

Upozornenie: Súprava je určená iba na profesionálne použitie. Dodržujte zásady pre prácu s infekčným materiálom !

Pracovný postup

Príprava bakteriálnej suspenzie a inokulácia:
A) Inokulácia inokulátorom:

- 1) Vyberte doštičku z alumíniového sáčku a odstráňte fóliu. Označte doštičku typom súpravy (G-II). Zaznamenajte číslo vyšetrovanej kultúry na príslušnú doštičku. Rozpipetujte do všetkých jamiek doštičky po 100 µl suspenzného média MIC.
- 2) Pripravte skúmavku s 12 ml fyziologického roztoku. Prídajte 100 µl suspenzného média MIC aby sa znížilo povrchové napätie inokula.
- 3) Z 18 – 24 hodinovej kultúry na krvnom agare zoberte niekoľko kolónií a pripravte vo fyziologickom roztoku bakteriálnu suspenziu s hustotou 0,5 McFarland.
- 4) Túto suspenziu vlejte do sterilnej Petriho misky.
- 5) Inokulujte rozplnenú doštičku pomocou sterilného inokulátora: inokulátor namočte v Petriho miske s etanolom a opäťte nad plameňom. Vychladnutý inokulátor namočte v Petriho miske s bakteriálnou suspenziou. Preneste inokulum do 1. polovičky doštičky jemným krúžením v jamkách. Znova namočte inokulátor v Petriho miske s bakteriálnou suspenziou a opakujte inokuláciu 2. polovičky doštičky.

B) Inokulácia pipetou:

- 1) Pripravte skúmavku s 2 ml fyziologického roztoku.
- 2) Z 18 – 24 hodinovej kultúry na krvnom agare zoberte niekoľko kolónií a pripravte vo fyziologickom roztoku bakteriálnu suspenziu s hustotou 0,5 McFarland.
- 3) Z bakteriálnej suspenzie vo fyziologickom roztoku prenesť 60 µl do skúmavky s 13 ml suspenzného média MIC a dobre homogenizujte.
- 4) Vyberte doštičku z alumíniového sáčku a odstráňte fóliu. Označte doštičku typom súpravy (G-II). Zaznamenajte číslo vyšetrovanej kultúry na príslušnú doštičku. Rozplňte suspenzné médium MIC s inokulom po 100 µl do každej jamky doštičky.

Inkubácia:

Nainokulovanú doštičku vložte do PE sáčku, ktorého okraje zahnete pod doštičku tak, aby nedochádzalo k vysychaniu inokula.

Doštičku vložte do termostatu 35±2 °C na 16-20 hod.

Vyhodnotenie:

Doštičku vyberte z PE sáčku. Na odčítanie nárastu v jamkách zvolte spôsob, ktorý je pre Vás najoptimálnejší:

- 1) Odčítajte oproti šedému pozadiu alebo oproti tabuľke doštičky v návode.
- 2) Odčítajte oproti prirodzenému alebo umelému rozptýlenému svetelnému zdroju.
- 3) Použitie lupy sa nedoporučuje.
- 4) Odčítajte pomocou systému Mikrola (fotometre Lisasca EM alebo Multiskan EX v spojení so softverom MIKROB AUTOMAT)

Prosím venujte pozornosť:

V jamke s kontrolou rastu musíte vidieť nárast! Ak nárast nie je, test NEMOŽNO HODNOTIŤ! Ako MIC je hodnotená jamka s najnižšou koncentráciou antibiotika, ktorá zamedzí okom viditeľnému rastu baktérií. Odlišťe zrnenie od prípadných bublín! Výsledky zaznamenajte.

Tab. 1: Rozloženie antibiotík a ich koncentračných radov na doštičke (v mg/l)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PIP	PIT	CTX	CAZ	CPZ	CPS	CEP	MER	ERT	TGC	NET	TOB
A	128	128/4	8	16	64	64/32	16	16	2	8	16	8
B	64	64/4	4	8	32	32/16	8	8	1	4	8	4
C	32	32/4	2	4	16	16/8	4	4	0,5	2	4	2
D	16	16/4	1	2	8	8/4	2	2	0,25	1	2	1
E	8	8/4	0,5	1	4	4/2	1	1	0,12	0,5	1	0,5
F	4	4/4	0,25	0,5	2	2/1	0,5	0,5	0,06	0,25	0,5	0,25
G	2	2/4	0,12	0,25	1	1/0,5	0,25	0,25	0,03	0,12	0,25	0,12
H	1	1/4	0,06	0,12	0,5	0,5/0,25	0,12	0,12	0,015	0,06	0,12	K

Tab 2: Klinické breakpointy MIC (mg/l) pre *Enterobacteriaceae*

Antibiotikum	Skratka	EUCAST			CLSI		
		Citlivý S	Intermediárny I	Rezistentný R	Citlivý S	Intermediárny I	Rezistentný R
Piperacilin	PIP	≤8	16	≥32	≤16	32-64	≥128
Piperacilin / tazobaktam	PIT	≤8/4	16/4	≥32/4	≤16/4	32/4-64/4	≥128/4
Cefotaxim	CTX	≤1	2	≥4	≤1	2	≥4
Ceftazidim	CAZ	≤1	2-4	≥8	≤4	8	≥16
Cefoperazon	CPZ				≤16	32	≥64
Cefoperazon / sulbaktam	CPS						
Cefepim	CEP	≤1	2-4	≥8	≤2	4-8 (SDD)	≥16
Meropenem	MER	≤2	4-8	≥16	≤1	2	≥4
Ertapenem	ERT	≤0,5	1	≥2	≤0,5	1	≥2
Tigecyklin	TGC	≤1	2	≥4			
Netilmicin	NET	≤2	4	≥8	≤8	16	≥32
Tobramycin	TOB	≤2	4	≥8	≤4	8	≥16

Poznámky k interpretáciám:

Podľa stanovenej MIC sa testovaný kmeň radí do kategórie citlivý – intermediárny - rezistentný k danému antibiotiku na základe interpretačných tabuliek EUCAST (1) alebo podľa CLSI dokumentu M100-S24 (2). Kategória SDD je definovaná pre *Enterobacteriaceae* ako citlivá v závislosti na dávke (dávkovanie vedie ku zvýšenej expozícii cefepimom).

Rezistencia k CTX a CAZ indikuje ESBL produkciu. MER a ERT sú doporučované na skrining produkcie karbapenemáz. Konfirmačné testy sa vykonávajú podľa doporučenia EUCAST (3) alebo CLSI dokumentu M100-S24 (2).

V závislosti od národných alebo laboratórných štandard je možné použiť ďalšie interpretačné kritériá, napr. EUCAST Expert rules in antimicrobial susceptibility testing (4), alebo CLSI dokumenty M100-S24 (2) a M07-A9 (5). Pri interpretácii výsledkov je potrebné zohľadniť druhovú identifikáciu kmeňa, pôvod vzorky, anamnézu pacienta, prípadne výsledky doplnujúcich testov.

Kontrola kvality:

Na kontrolu kvality súpravy doporučujeme nižšie uvedené kontrolné kmene. Pri vyhodnotení výsledkov testovania kontrolnými kmeňmi sa riadte štandardom EUCAST alebo CLSI.

CCM 3954 <i>Escherichia coli</i> (ATCC 25922) MIC (mg/l)											
PIP 1-4	PIT 1/4-4/4	CTX 0,03-0,12	CAZ 0,06-0,5	CPZ 0,12-0,5	CPS* 0,12-0,5	CEP 0,015-0,12	MER 0,008-0,06	ERT 0,004-0,015	TGC 0,03-0,25	NET ≤0,5-1	TOB 0,25-1
CCM 3955 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (ATCC 27853) MIC (mg/l)											
PIP 1-8	PIT 1/4-8/4	CTX 8-32	CAZ 1-4	CPZ 2-8	CPS* 2-8	CEP 0,5-4	MER 0,25-1	ERT 2-8	TGC -	NET 0,5-8	TOB 0,25-1
CCM 4225 <i>Escherichia coli</i> (ATCC 35218) MIC (mg/l)											
PIP > 64	PIT 0,5/4-2/4										

* pre toto ATB kontrolné hodnoty v EUCAST alebo CLSI nie sú uvedené, hodnoty boli stanovené interným testovaním v Erba Lachema s.r.o.

ATCC – American Type Culture Collection

CCM – Česká sbírka mikroorganizmů, Masarykova univerzita, přírodovědecká fakulta, Kamenice 5, budova A25, 625 00 Brno, Tel: 549 491 430, Fax: 549 498 289

http://www.sci.muni.cz/ccm, e-mail: ccm@sci.muni.cz

Ochrana zdravia:

Komponenty súpravy nie sú klasifikované ako nebezpečné.

Likvidácia použitého materiálu:

Po použití vložte doštičku do nádoby pre infekčný materiál a likvidujte podľa vlastných interných predpisov, autoklávujte alebo zničte spálením.

Prázdne papierové obaly sa odovzdávajú do zberu na recykláciu.

Literatúra:

(1) The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoint tables for interpretation of MIC and zone diameters, version 4.0, 2014, <http://www.eucast.org>

(2) CLSI: Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-Fourth Informational Supplement. CLSI dokument M100-S24. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2014.

(3) EUCAST guidelines for detection of resistance mechanisms and specific resistances of clinical and/or epidemiological importance, Version 1.0, December 2013; <http://www.eucast.org>

(4) EUCAST expert rules in antimicrobial susceptibility testing, Version 2.0 available from 29 Oct, 2011; <http://www.eucast.org>

(5) CLSI: Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria That Grow Aerobically; Approved Standard-Ninth Edition. CLSI dokument M07-A9. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2012

Dátum poslednej revízie: 8.12. 2015

POUŽITÉ SYMBOLY

REF Katalógové číslo	Výrobca	Čítajte návod k použitiu	LOT Číslo šarže	CE značka - vyhovuje smernici 98/79/EC
Teplota skladovania	Dátum expirácie	IVD In vitro Diagnostikum	CONT Obsah	